



УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO

Бука Караџића бр. 30 71123 Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
30 Vuka Karadzica St. 71123 Istocno Sarajevo, Republic of Srpska, BiH
ЈИБ: 4400592530000; ПДВ број: 400592530000
телефон/phone: +387 57 320 330; 320-150; 340 464 факс/fax: +387 57 320 330
email: univerzitet@ues.rs.ba http://www.ues.rs.ba

Број: 03.1-2- 2079-ТШ/20
Датум: 08.06.2020. године

На основу члана 69. став (1) тачка б) и став (2) тачка д), члана 70. став (1), (4), и (6) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), члана 67. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13, 44/15 и 90/16), члана 43. став 3) Статута Универзитета у Источно Сарајево и члана 3. став 1) Правилника о јавним набавкама Универзитета у Источно Сарајево, допуне Правилника број: 01-УО-II-53-1-57/17 и број: 01-УО-III-73-1-8/18, ректор Универзитета у Источно Сарајево је *донио*

О Д Л У К У
о поништењу поступка јавне набавке

„Набавка лабораторијске опреме“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Члан 1.

Поништава се поступак јавне набавке роба са референцом - **Набавка лабораторијске опреме“ за потребе Медицинског факултета Фоча**, из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива.

Члан 2.

Ова Одлука објавиће се на web-страници Уговорног органа: www.ues.rs.ba истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 03.1-2-1308-ПЖ/20, од 03.04.2020. године.

Јавна набавка је проведена путем Отвореног поступка.

Процијенјена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) је **17.651,00 КМ**.

Обавјештење о набавци број: 1323-1-1-41-3-90/20 објављено је 09.04.2020. године у 10:32, на Порталу јавних набавки, а сажетак обавјештења у „Службеном гласнику БиХ“, број 22/20, од 17.04.2020. године. Исправка обавјештења о набавци број: 1323-1-1-41-8-99/20 објављена је 15.04.2020. године у 13:30, на Порталу јавних набавки, а сажетак исправке обавјештења у „Службеном гласнику БиХ“, број 22/20, од 17.04.2020. године.

Комисија за јавну набавку именована је Одлуком број: 03.1-2-1308-1-ПЖ/20, од 03.04.2020. године.

Комисија за јавну набавку доставила је дана 28.05.2020. године Записник о прегледу и оцјени понуда, Извјештај о раду комисије са препоруком, у поступку јавне набавке „Набавка лабораторијске опреме“ за потребе Медицинског факултета Фоча.

У поступку по Извјештају о раду је утврђено да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће:

- да је укупан број пристиглих понуда: три понуде;
- да су благовремено запримљене три понуде;
- да нема неблаговремено запримљених понуда;
- да су понуде понуђача: „NEXIS“ d.o.o. Sarajevo, „BIOSISTEMI“ d.o.o. Sarajevo и „HELIA“ d.o.o. Sarajevo, неприхватљиве.

Комисија за јавну набавку констатује да су понуде понуђача „NEXIS“ d.o.o. Sarajevo, „BIOSISTEMI“ d.o.o. Sarajevo и „HELIA“ d.o.o. Sarajevo неприхватљиве, из разлога како слиједи:

- понуђач „NEXIS“ d.o.o. Sarajevo

Према достављеним каталошким бројевима, у Образцу за цијену понуде, за ставке под редним бројем 2 и 3, понуђени артикли не задовољавају техничку спецификацију дефинисану тендерском документацијом (број: 1379/20), и то како слиједи:

Red.br stavke	Opis predmeta nabavke	Dostavljeni kataloški broj	Образложење
2	Multikanalni manuelni aparat za pipetiranje (pipetor), sa 8 kanala, za plastične nastavke od 5 do 50 µl, sa preciznim podešavanjem volumena	11897371 Finpipette F2	Tražena stavka 2 multikanalni manuelni aparat za pipetiranje, sa 8 kanala za plastične nastavke od 5 do 50 µl, sa preciznim podešavanjem volumena, ali ponuđeni kataloški broj 11897371 Finpipette F2 je za plastične nastavke od 1 do 10 µl.
3	Multikanalni manuelni aparat za pipetiranje (pipetor), sa 8 kanala, za plastične nastavke od 1 do 10 µl, sa preciznim podešavanjem volumena	11807381 Finpipette F2	multikanalni manuelni aparat za pipetiranje, sa 8 kanala za plastične nastavke od 1 do 10 µl, sa preciznim podešavanjem volumena, ali ponuđeni kataloški broj 11807381 Finpipette F2 je za plastične nastavke od 5 do 50 µl.

С обзиром на наведено понуда понуђача „NEXIS“ d.o.o. Sarajevo се одбацује у складу са чланом 68. став (4) тачка и) Закона о јавним набавкама БиХ.

- понуђач „BIOSISTEMI“ d.o.o. Sarajevo

Уговорни орган је вршио измјене тендерске документације број: 1379/20, и то 13.04.2020. године измјене су се односиле на текстуални опис ставки под редним бројем 1 и 6, а 15.04.2020. године измјене су се доносиле на текстуални опис ставке под редним бројем 4. Приликом измјена понуђачима су били доступни измјењени Образци за цијену понуде (Прилог III тендерске документације). Увидом у понуду понуђача „BIOSISTEMI“ d.o.o. Sarajevo, уочено је да понуђач није доставио измјењен Образац за цијену понуде, и ако је према Извјештају о преузимању тендерске документације понуђач исте преузео.

С обзиром на наведено понуда понуђача „BIOSISTEMI“ d.o.o. Sarajevo се одбацује у складу са чланом 68. став (4) тачка и) Закона о јавним набавкама БиХ.

- понуђач „HELIA“ d.o.o. Sarajevo

Према достављеним каталошким бројевима, у Образцу за цијену понуде, за ставке под редним бројем 1, 5, 6 и 7, понуђени артикли не задовољавају техничку спецификацију дефинисану тендерском документацијом (број: 1379/20), и то како слиједи:

Red.br stavke	Opis predmeta nabavke	Dostavljeni kataložki broj	Образложење
1	Vorteks, od 100 do 240V, 50 do 60Hz, 320 mA, broj obrtaja 1000 do 3000 u minuti, sa orbitalnim djelovanjem, orbite 2 do 3 mm, težine od 1 do 2 kg, sa adapterima: adapter za miješanje pojedinačnih epruveta od 1,5 do 50 ml; adapter sa 30 do 50 mjesta za ependorforce od 1,5 do 2 ml; adapter za epruvete od 13-15 ml sa 6 do 8 mjesta, i adapter za mikrotubice od 0,2 ml sa 40 do 50 mjesta.	SI-0246 +503-0282-00 +146-6005-00 +504-0234-00	traženo je da orbita bude od 2-3 mm, ponuđen je vorteks sa orbitom od 4 mm. Tražena je težina vorteksa od 1 do 2 kg, ponuđena je težina od 4 kg
5	Set pipeta • Set od četiri pipete Držač pipeta dolazi u setu Uz svaku mikropipetu dolazi i po 96 odgovarajućih nastavaka •Volumeni mikropipeta: 0.2-2μL, 2-20μL, 20-200μL i 100-1000μL	MGB043 +MGB001 +MGT001	tražen set od 4 pipete: za pipetu traženog volumena od 0,2 do 2 μl, ponuđena je pipeta volumena od 0,1-2,5 μl.
6	Mini centrifuga za primjenu u molekularnoj genetici, za centrifugiranje epruveta zapremine od 2.0, 1.5, 0.5 i 0.2 ml, sa 6 mjesta za epruvete. Pogodna za mikrofilter čelijsku separaciju i tečnu hromatografiju visoke djelotvornosti, sa adapterima i 2 rotora za velike i male PCR epruvete. sa maksimalnom brzinom od 6 000 obrtaja u minuti	D1008 +SA02P2 +SA05P2	tražena je minicentrifuga za centrifugiranje epruveta od 2.0, 1.5, 0.5 i 0.2 ml, sa 6 mjesta za epruvete. Međutim, ponuđena je minicentrifuga sa 8 mjesta za epruvete zapremine od 2 ml Takođe, traženo je da maskimalna brzina obrtaja u minuti bude 6000 obrtaja u minuti, ali ponuđena minicentrifuga ima maksimalnu brzinu od 7 000 obrtaja u minuti.
7	Fluorometar za primjenu u preciznom mjerenju DNK, RNK i kvantiteta proteina, kao i integriteta i kvaliteta RNK, kako bi se detektovala očuvana od degradirane RNK. Takođe, za primjenu u mjerenju fluorescence u uzorcima i mjerenje kvaliteta jonskih čestica. Pogodan za uzorke od 1 do 20 μl. Prikazuje podatke o količini molekule bez dodatnog preračunavanja	UT-FLU1A	tražen je fluorimetar koji između ostalog ima mogućnost mjerenja kvaliteta jonskih čestica. Ponuđen je proizvod kataložkog broja UT-FLU1A koji po ponuđenim specifikacijama ne odgovara jer nema tu mogućnost.

С обзиром на наведено понуда понуђача „HELIA“ d.o.o. Sarajevo се одбацује у складу са чланом 68. став (4) тачка и) Закона о јавним набавкама БиХ.

У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих понуда, у складу са критеријима из тендерске документације.

Надаље, у поступку оцјене проведеног поступка, Уговорни орган није нашао разлоге неправилности, нити пропусте у раду који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за набавку.

Сходно наведеном, а с обзиром да ниједна од примљених понуда није прихватљива, поступак јавне набавке се поништава у складу са чланом 69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке.

Достављено:

- Понуђачима;
- Медицински факултет Фоча;
- Архива набавки;
- а/а.



РЕКТОР

Проф. др Милан Кулић