



УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO

Стефана Немање бр. 5 71123 Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
Stefan Nemanja 5 St. 71123 East Sarajevo, Republic of Srpska, BiH
ЈИБ: 4400592530000; ПДВ број: 400592530000
телефон/phone: +387 57 320 330; 340 464 факс/fax: +387 57 320 330
email: univerzitet@ues.rs.ba https://www.ues.rs.ba

Број: 3092/25

Датум: 29. 7. 2025. године

На основу члана 64. став 1. тачка б), члана 70. став 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14, 59/22 и 50/24), члана 58. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број: 67/20), члана 49. став 2. тачка 3) Статута Универзитета у Источно Сарајево, Правилника о јавним набавкама Универзитета у Источно Сарајево број: 01-УО-IV-140-1-9/22 и 01-УО-IV-38-1-21/23, на препоруку Комисије за јавну набавку, ректор Универзитета у Источно Сарајево *донио је*

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Прихвата се Препорука комисије за јавну набавку са референцом: „Набавка медицинског инкубатора“ за потребе Универзитета у Источно Сарајево у оквиру пројекта „The Development of Research & Development Strategies and Centers in Bosnia and Herzegovina - RDBIH“, и уговор о набавци роба додјељује се понуђачу „ANALITIKA“ д.о.о. Сарајево, према условима из понуде број: TEN-021-I, од 7. 7. 2025. године (број протокола уговорног органа: 2964/25, од 16. 7. 2025. године), односно укупној цијени од **23.350,00 КМ без ПДВ-а.**

Члан 2.

Ова одлука објавиће се на веб-страници уговорног органа (www.ues.rs.ba) истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 3.

Ова одлука доставља се понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 2571/25, од 25. 6. 2025. године.

Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка.

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а је **23.403,09 КМ.**

Обавјештење о набавци број: 1323-1-1-186-3-404/25 објављено је на Порталу јавних набавки дана 25. 6. 2025. године у 11.20 часова, и у Службеном гласнику број: 38/25, од 27. 6. 2025. године.

Комисија за јавну набавку именована је Одлуком број: 2571-1/25, од 25. 6. 2025. године.

Комисија за јавну набавку доставила је дана 28. 7. 2025. године Записник о оцјени понуда и Извјештај о раду са препоруком о избору најповољнијег понуђача, у поступку јавне набавке „Набавка медицинског инкубатора“ за потребе Универзитета у Источно Сарајево у оквиру пројекта „The Development of Research & Development Strategies and Centers in Bosnia and Herzegovina - RDBIH“.

У поступку по Извјештају о раду утврђено је да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено *сљедеће*:

- да је укупан број пристиглих понуда: двије понуде;
- да су благовремено запримљене двије понуде;
- да нема неблаговремено запримљених понуда;
- да је понуда понуђача „ANALITIKA“ д.о.о. Сарајево прихватљива;
- да је понуда понуђача „ELTA 90 Medical Biotechnology“ д.о.о. Сарајево неправилна и неприхватљива.

Понуда понуђача „ELTA 90 Medical Biotechnology“ д.о.о. Сарајево је неправилна и неприхватљива из разлога како слиједи:

Понуђач није доставио документацију из тачке 13.2. Техничка и професионална способност понуђача, а у складу са чланом 48. и 49. Закона о јавним набавкама БиХ тендерске документације број: 2574/25.

Такође понуђач не испуњава следеће:

1. Не испуњава минимални захтјев за запремину (240 L)

У техничким спецификацијама је јасно наведено: “Запремина мин 240 литара”.

РНСбi МСО-230AIC-PE има укупну запремину од 230 литара, што је за 10 литара мање од траженог.

Ово није само мала бројчана разлика – критериј запремине одређује капацитет уређаја да задовољи радне потребе корисника, укључујући број узорака који се могу истовремено инкубирати. Ако је минимум дефинисан у тендерској документацији број: 2574/25, понуђач не може нудити модел који је испод тог минимума.

2. Не испуњава захтјев за минималне унутрашње димензије

Спецификација тражи: “Минималне димензије унутрашњости (Ш×В×Д): 500×800×500 мм”.

РНСбi МСО-230AIC-PE има унутрашње димензије 643 mm (ширина) × 700 mm (висина) × 523 mm (дубина).

Иако су ширина и дубина веће од захтјева, висина унутрашњости је мања (700 mm < 800 mm).

Ово може ограничити рад са узорцима или опремом која захтијева висину простора од најмање 800 mm. Одступање у димензијама значи да уређај не може бити прихваћен као еквивалентан.

3. Не користи двије четворожилне RT100 температурне сонде класе А

Спецификацијом је захтијевано: “Уграђене двије четворожилне RT100 температурне сонде класе А”.

РНСбi МСО-230AIC-PE користи термистор за мјерење температуре и дуал IR сензоре за CO₂, а не RT100 класе А сонде.

RT100 класе А су прецизнији температурни сензори (прецизност ±0,06 °C на 0 °C), користе се у медицинским уређајима гђе се тражи врло висока тачност и стабилност.

Замјена RT100 сензорима није допуштена ако је тендерски захтјев прецизно дефинисан – јер то мијења начин мјерења и контролу квалитете.

4. Минимална температура од +18 °C није гарантирана

Спецификација тражи: “Подесива температура од +18 до +50 °C”.

РНСбi МСО-230AIC-PE има доњу температурну границу која је +5 °C изнад амбијенталне температуре. То значи да ако је собна температура 20 °C, доња граница инкубатора је 25 °C, а +18 °C није могуће постићи без додатног хлађења.

Ово може бити критично за кориснике који траже рад у температурном режиму између +18 и +25 °C (нпр. специфичне културе ћелија).

5. CO₂ редукујски вентил према DIN 8546 није потврђен

У захтјеву је јасно дефинисан стандард за CO₂ редукујски вентил: “према DIN 8546”.

У техничкој документацији за РНСбi МСО-230AIC-PE није наведено да CO₂ вентил испуњава овај стандард. Ако понуђач не достави доказ о усклађености са DIN 8546, то је основа за одбијање.

6. Недостатак фабричког калибрацијског сертификата

Спецификација тражи: “Фабрички калибрацијски сертификат на +37 °C и 5 % CO₂”.

PHSbi MCO-230AIC-PE може бити испоручен с творничком калибрацијом, али у техничкој документацији није експлицитно наведено да произвођач доставља тај сертификат. Ако понуђач није доставио овај доказ уз понуду, не може се сматрати да је услов испуњен.

У вези с претходним понуда понуђача „ELTA 90 Medical Biotechnology“ д.о.о. Сарајево се одбацује у складу са чланом 68. став (4) тачка и) и ј) Закона о јавним набавка БиХ („Службени гласник БиХ“ бр.: 39/14, 59/22, 50/24).

У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих понуда, у складу са критеријима из тендерске документације.

Надаље, у поступку оцјеневеденог поступка, Уговорни орган није нашао разлоге неправилности, нити пропусте у раду који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за набавку.

У поступку је утврђено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је препорука за избор најповољнијег понуђача дата у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, подзаконским и интерним актима и тендерским документом. Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењен због најниже цијене и то како слиједи:

Ранг листа	Назив понуђача	Понуђена цијена без ПДВ-а
1.	„ANALITIKA“ д.о.о. Сарајево	23.350,00 КМ

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке.

Достављено:

- Понуђачима;
- Архива набавке;
- а/а.



РЕКТОР

Проф. др Милан Кулић